



NO/176/2018

Radom, 2018-10-30

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BG/40/2018.  
Przedmiot postępowania: Dostawa kamer cyfrowych

### **Wyjaśnienia do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej "uPzp", informuję, że do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ zawierające następujące pytania:

#### **Pytanie 1**

Dotyczy: Zadania 1.

*Wielu producentów zamyka zakłady na 2 tygodnie w okresie Świąt i Nowego Roku.*

*„Czy wymagany czas dostawy” można liczyć z „wyłączeniem 2 tygodni przerwy świątecznej”?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy dla zadania 1 do 8 tygodni (z uwagi na przerwę w działalności dostawców w okresie świątecznym).

#### **Pytanie 2**

Dotyczy: Zadania 1.

*Czy wystarczający jest format wyjścia Mono8, Mono12(packed) i Mono 16?*

#### **Odpowiedź:**

Treść pkt 9 w sekcji „Szczegółowe wymagania funkcjonalno-techniczne zamówienia” (zadanie 1) zmienia się następująco:

„9) Obsługiwane formaty zapisu wartości piksela: Mono8 oraz minimum jeden z następujących formatów: Mono10, Mono12, Mono12Packed, Mono16.”

#### **Pytanie 3**

Dotyczy: Zadania 4.

*Czy dla Kamery 2 Zamawiający dopuszcza zakres temperaturowy pracy: od maks. 5°C do min. + 40°C?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dla Kamery 2 zakres temperaturowy pracy: od maks. 5°C do min. + 40°C.

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych