

NO.26.46.2.2019

Radom, dnia 2019-12-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer ref. postępowania: *BW/46/2019*.
Nazwa zadania: **Dostawa zasilaczy**

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej "uPzp", informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. *Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby poziom tętnień wynosił 60 mV RMS dla jednostki o mocy 10 kW (maksymalne napięcie 80 V, maksymalny prąd 125 A, sprawność 91%, kwadratowa charakterystyka programowania - maksymalna wydajność prądowa przy maksymalnym napięciu)?*

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

2. *Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zasilacz posiadał następującą dokładność pomiaru parametrów zadawanych - napięcia: $\pm 0.2\%$ oraz prądu: $\pm 0.2\%$?*

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

3. *Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zasilacz posiadał następujące interfejsy komunikacyjne: RS232 (DB-9, żeński), External User I/O (DB-37, żeński), LXI TCP/IP Ethernet (RJ-45), GPIB (IEEE-488), konwerter RS-232 na USB, konwerter RS485 Accessory (+RS485)?*

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

4. *Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zasilacz zapewniał zgodność z Dyrektywą Unii Europejskiej dla przyrządów pomiarowych odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia 2014/30/EU oraz standardem odnośnie bezpieczeństwa EN61010-1:2010 z jednoczesnym zapewnieniem certyfikatu CE oraz spełnieniem wymagań odnośnie RoHS?*

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

5. *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zasilacz bez stopnia ochrony IP20?*

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na udzielone odpowiedzi termin składania ofert został wydłużony do dnia 02.01.2020 r. godz. 11:30.

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych