

GPZ.26.06.2.2021

Radom, 2021-04-27

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer referencyjny postępowania: **ZA/06/2021**
Nazwa zadania: ***Dostawa stanowiska do pomiarów harmonicznych zasilania i migotania światła***

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2019 z późn.zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

„Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając maksymalne zniekształcenie harmoniczne w zakresie 450Hz – 5kHz oczekuje maksymalnego zniekształcenia o wartości mniejszej bądź równej 3%, a nie jak to jest zapisane w specyfikacji: 0,3%.

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, wartość wskazana przez Zamawiającego, tj. 0,3%, jest podana omyłkowo, gdyż żadne z urządzeń dostępnych na rynku nie jest w stanie zagwarantować tak niskiej wartości tego parametru.

Odpowiedź:

Tak, w odniesieniu do parametrów technicznych źródła mocy wskazanych w załączniku nr 1 i nr 3 do SWZ i wymagań dotyczących parametru „Zniekształcenia harmoniczne (maks.)”, maksymalne zniekształcenie harmoniczne w zakresie 450Hz – 5kHz musi mieć wartość mniejszą lub równą 3%.

Podpisał:

Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i zamówień Publicznych